

Znak sprawy: 1/2024

Brzeziny, 03.04.2024

Pytania i odpowiedzi do postępowania udzielone w dniu 03.04.2024

**Dotyczy postępowania nr 1/2024 z dnia 22.03.2024 o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa 3 szt krzesel ewakuacyjnych wraz z instruktażem ich użytkowania na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach” w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej dla osób z niepełnosprawnością na terenie Domu pomocy Społecznej w Brzezinach” dofinansowane ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna”.**

### **Pytanie nr 1**

Zamawiający specyfikuje: „25.) wymiary krzesła rozłożonego maksimum 1630 x 525 x 50mm (wysokość/szerokość/grubość)”.

Według naszej najlepszej wiedzy nie ma na rynku krzesła, które po rozłożeniu ma posiada 50 mm grubości. Czy Zamawiający dopuści krzesło o grubości 1110 mm?

***Odpowiedź na pytanie nr 1 : Zamawiający z uwagi na pomyłkę dokonał w dniu 03.04.2024r zmiany w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuści krzesło ewakuacyjne o grubości 1110 mm jeśli grubość krzesła ewakuacyjnego w części jezdnej wynosi maksymalnie 500mm. Za część jezdną uznaje się odległość między przednimi a tylnymi kołami skrętnymi służącymi do poruszania się oraz wykonywania zwrotów krzesłem po powierzchniach płaskich***

### **Pytanie nr 2**

Zamawiający specyfikuje: „25.) wymiary krzesła rozłożonego maksimum 1630 x 525 x 50mm (wysokość/szerokość/grubość)”.

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów Zamawiający dopuści krzesło, które o wymiarach 1390 x 520 x 1110 mm?

***Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza krzesła ewakuacyjnego rozłożonego posiadającego łącznie wymiary 1390 x 520 x 1110 mm (wysokość, szerokość, grubość)***

### **Pytanie nr 3**

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania i umożliwienie zaoferowania w pełni wartościowych rozwiązań innych producentów Zamawiający dopuści krzesło o poniższych parametrach?

Parametry wymagane:

1. może być obsługiwane przez jedną osobę
2. umożliwia ewakuację osoby po schodach w dół i w górę,

3. jest opatrzone znakiem CE,
4. posiada certyfikat potwierdzający właściwości i parametry sprzętu wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą,
5. zapewnia ognioodporność zgodnie z dyrektywa EWG 77/541/(FMV302), potwierdzoną certyfikatem zgodnym z normą DIN 4102 na poziomie B1
6. posiada ergonomiczne oparcie,
7. posiada podgłówek,
8. posiada ścienny uchwyt mocujący,
9. posiada niepalny pokrowiec na wózek/krzesło ewakuacyjne,
10. posiada fotoluminescencyjny piktogram/oznaczenie ścienne wózka/krzesła ewakuacyjnego,
11. posiada specjalne uchwyty umożliwiające bezpieczną ewakuację po schodach w górę,
12. posiada 2 pasy zabezpieczające osobę przewożoną, zapinane za pomocą metalowych zapięć;
13. posiada regulowane oparcie z zabezpieczeniem na głowę,
14. jest montowane na ścianie,
15. posiada solidny, wygodny uchwyt,
16. posiada blokowane tylne koła,
17. posiada konstrukcję aluminiową,
18. wyposażone w koła przeznaczone do użytku wewnętrznego i zewnętrznego,
19. posiada blokadę schodową eliminującą możliwość przewrócenia krzesła,
20. posiada w komplecie instrukcję obsługi oraz haki montażowe.
21. obciążenie maksymalne krzesła: 250 kg
22. gwarancja 36 miesięcy
23. szkolenie/instruktor z obsługi krzesła w siedzibie Zamawiającego
24. wymiary krzesła złożonego 1070 x 520 x 290 mm (wysokość/szerokość/grubość)
25. wymiary krzesła rozłożonego 1390 x 520 x 1110 mm (wysokość/szerokość/grubość)
26. waga krzesła 17 kg
27. samoregulujące, wzmocnione gąsienice hamujące ruch obciążonego krzesła, kontrolujące szybkość opadania na wszystkich rodzajach schodów;

***Odpowiedź na pytanie nr 3 : Zamawiający nie dopuszcza krzesła ewakuacyjnego o wskazanych parametrach.***